見積競争公告

次のとおり競争に付します。

平成２１年　７月　１日

独立行政法人農業環境技術研究所
理事長　佐藤　洋平

1.　件名及び数量　　ＣＯ２アナライザー　　２台

2.　使用目的等

本装置を用いて、コシヒカリ／Ｋａｓａｌａｔｈ戻し交雑自殖系統を環境制御チャンバーで異なるＣＯ２濃度、温度条件の下で栽培し、ＣＯ２、温度に対する栄養成長応答の遺伝的変異を調査ならびに解析を行う。これにより、様々な温度、ＣＯ２応答に関する当該作物の育成過程における優良な発現遺伝子の検出を試みることができる。

3.　件名の特質等　※下記仕様を満たす同等以上の性能を有することとする。

1)構成

本体　　２台

※　上記はあくまで参考機種の構成であり、各機器にそれぞれの仕様を満たす機能がある場合はこの限りでない。

2)仕様

・異なる温度条件で使用するため、温度と圧力の自動補正ができること。
・大気ＣＯ２濃度の測定を正確に行うために、測定範囲は０～２０００ｐｐｍ以上で、精度は読値に対して２．５％以内であること。
・空間的に限られた人工気象室内での測定を行うため、測定器の最長辺が２５ｃｍ以下とコンパクトであること。
・長期間の計測・制御に用いるため、ＸＭＬプロトコルによる制御が可能なこと。

3)その他

・本装置の搬送、搬入、据付、調整及び組立等の一切は受注者側で行うこと。
・受注者は本装置の納入あたっては、設置場所、搬入方法および据付調整日等必要な事項について事前に発注者と十分協議すること。
・受注者は据付完了後、装置の各部が正常に作動するように調整を行い、納入試験データを１部提出すること。
・本装置の操作に従事する職員の指導は受注者側で行うこと。
・受注者は本装置の和文取扱説明書を１部以上添付すること。
・受注者は本装置のメンテナンス及び専門技術者の確保に努めること。
・受注者は本装置について受注者の責任となる不良、損傷及び隠れた瑕疵に対して、納入後１年間無償で補償すること。

<u>※上記 1)～3)に記載する仕様を満たすことを記載した仕様書を必ず提出すること。</u>

4. 納入期限　平成 21 年 8 月 31 日

5. 納入場所　茨城県つくば市観音台 3-1-3
独立行政法人農業環境技術研究所
１６４号室

6. 関係書類等の受領期限及び提出期限並びに場所
仕様書受領期限：平成 21 年 7 月 14 日
見積書提出期限：平成 21 年 7 月 16 日
見積書提出場所：当研究所財務管理室用度グループ

7. その他
1: 参加資格
1) 当所契約事務取扱規定第 8 条及び第 9 条に規定される事項に該当する者は競争に参加する資格を有さない。
2) 当所一般（氏名）参加資格若しくは農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の購入」区分において格付けされている者
2: 本競争に参加する者は、当所の提示した仕様を満たすことを記載した仕様書を提出すること。
3: 本競争は最低価格落札方式をもって行うこととし、見積書には据付・調整・搬入等に要する一切の諸経費を含めた金額を記載する。
4: その他、本競争については、当所契約事務取扱規程に基づき、契約を行う。
5: 本仕様書に明記されない事項については、疑義が生じた場合は担当職員を十分協議し、双方誠意を持ってこれに対応すること。